

招标人签到表

| 采购人：信阳职业技术学院附属医院 | | | 开标时间：2021年10月26日15时00分 | | |
|------------------------------------|----|--------------|---|---------------------|-------------|
| 采购代理机构：中兴豫建设管理有限公司 | | | 开标地点：信阳市平桥区国际商城家居建材精品馆4号楼4楼（中兴豫建设管理有限公司信阳事业部） | | |
| 项目名称：信阳职业技术学院附属医院手术室麻醉机支臂、手麻推车采购项目 | | | | | |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务 (职称) | 签到时间 | 联系电话 |
| 1 | 刘阳 | 信阳职业技术学院附属医院 | 科长 | 2021.10.26 15:00 | 13700765599 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

评委签到表

| 采购人：信阳职业技术学院附属医院 | | 开标时间：2021年10月26日15时00分 | | | |
|------------------------------------|-----|---|------------|-------|-------------|
| 采购代理人：中兴豫建设管理有限公司 | | 开标地点：信阳市平桥区国际商城家居建材精品馆4号楼4楼（中兴豫建设管理有限公司信阳事业部） | | | |
| 项目名称：信阳职业技术学院附属医院手术室麻醉机支臂、手麻推车采购项目 | | | | | |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务 (职称) | 签到时间 | 联系电话 |
| 1 | 周强 | 信阳市中医院 | 技师 | 15:00 | 13700769158 |
| 2 | 杨小林 | 信阳市药检所 | 副主任药师 | 15:00 | 15637621876 |
| 3 | 张耀 | 信阳市市场监督管理局 | 高级 | 15:00 | 13633768979 |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

单一来源采购专家论证意见表

时间：2021年10月26日

| | | | | |
|-----------|---|------------|----|-------|
| 采购单位 | 信阳职业技术学院附属医院 | | | |
| 项目名称 | 信阳职业技术学院附属医院手术室麻醉机支臂、手麻推车采购项目 | | | |
| 项目金额 | 127000 元 | | | |
| 专家 1 论证意见 | 专家姓名 | 周强 | 职称 | 技师 |
| | 工作单位 | 信阳市中医院 | | |
| | 由于该院麻醉机为政府采购，中标单位深圳市科曼医疗设备，现需配备麻醉支臂及手麻推车，只能使用该品牌，建议采用单一来源采购。 | | | |
| 专家 2 论证意见 | 专家姓名 | 杨小林 | 职称 | 副主任药师 |
| | 工作单位 | 信阳市药品检验所 | | |
| | 此手术室麻醉机支臂、手麻推车为院中标设备附属设备，技术参数具有唯一性和不可替代性，建议采用单一来源采购。 | | | |
| 专家 3 论证意见 | 专家姓名 | 张磊 | 职称 | 高收 |
| | 工作单位 | 信阳市市场监督管理局 | | |
| | 本次采购项目为采购与现有设备麻醉机导轨尺寸有一定尺寸，只能从唯一供应商处采购，为满足使用需求，建议本项目采用单一来源采购。 | | | |
| 拟定供应商 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | | | |

手麻推车技术参数

一、车体部分：

1. 脚轮：双面超静音医用 4 英寸脚轮，四轮八面着地更平稳，二前轮刹车，表面材质采用高级静音橡胶材质。
2. 车体底座：底座宽度轮心距为 395 毫米，底座前后长度轮心距为 475 毫米。
3. 车体用材：车身主体结构应由高等级医疗专用塑料和镀锌钢及高强度铝材组成。车身表面树脂件应具备抑菌功能，以符合医用环境清洁要求，工作台面与腕托上采用抗菌涂层。
4. 工作台：工作台面长度大于 50X50CM，便于医护人员实际操作；
5. 支架：LCD 承重 2-8 千克，尺寸 ≥ 24 寸，可单独升降 13CM，旋转 90°
6. 升降系统：整体升降 ≥ 60 CM 高度，包括显示器单独升降 13CM，符合人体工程学。

二、显示器支架

显示器转角与升降：台面上万向支臂可进行：倾斜 35°，旋转 90°，单独升降 13CM；

手麻支臂技术参数

LCD ≤ 24 "。承重 2-8kg。升降 95mm，倾斜度 40°，摆动 180°，旋转 360°，长度 956mm；标准 VESA 接口，显示器独立升降 124mm，可前后左右上下灵活调节；收起后厚度 333mm。